

压力表重新校准

压力表应至少每月使用测试箔片检查一次精度（有各种量程可供选择 - 具体取决于压力表的量程）。

每包有十(10) 张，必须全部使用才能正确进行测试。每张都要单独胀破，并记录胀破强度。然后取 10 个读数的平均值。平均值应与包装袋正面印制的值一致。

如果读数不一致，包装袋背面或包装内的卡片上印有读数偏低或者偏高的原因分析。

在测试仪上检查出这些原因后，应重新用测试箔片进行测试。

如果测试仪与包装上指定的测试箔读数仍不一致，则应由[合格的技术人员](#)使用自重测试仪重新校准测试仪。Mullen® 测试仪在我们的工厂提供这种重新校准服务。Mullen® 的技术人员都在工厂接受过培训，具有维修和重新校准压力表的资格和经验。